

株式会社シティキャットコーポレーション 様

計 量 証 明 書

一般財団法人 新潟県環境分析センター
〒950-1144 新潟市江南区祖父興野53番地1
TEL (025)284-6500 FAX (025)284-0022



平成24年9月6日付依頼された検査結果を
以下のとおり証明いたします。

検査責任者	大瀧 晴恵	
-------	-------	--

試料名	ナラの木					
採取場所	新発田市貝屋					
採取年月日	平成24年9月5日	9時30分	当日天候	—	前日天候	—
採取者	依頼者		気温	— °C	水温	— °C
試験法	「調理加熱用の薪及び木炭の放射性セシウム測定のための検査方法」(平成23年11月2日通知,林野庁) 「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメリー」(平成4年改訂,文部科学省)					
	検査項目	単位	検査結果		検出下限値	
	ヨウ素131	Bq/kg	4 未満		4	
	セシウム134	Bq/kg	4 未満		4	
	セシウム137	Bq/kg	4 未満		4	
	—以下余白—					
備考	測定日:平成24年9月10日 測定装置:ゲルマニウム半導体検出器(キャンベラジャパン(株),GC4020) 測定時間:3,000秒					